ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ
Техникалық реттеу және метрология комитетінің "Қазақстан метрология институты (ҚазМетрИн)" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахстанский институт метрологии (КазИнМетр)" Комитета технического регулирования и метрологии МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Орынбор көшесі, 11 үй
Тел.: (7172) 27-09-99, (7172) 27-09-81
БИН 961140000222, ИИК KZ026010111000033182, "Қазақстан халық Банкі" АҚ,
БИК HSBKKZKX, Кбе 16, E-mail: kazinmetr@kazinmetr.org, 87020000667@mail.ru

010000, Республика Казахстан, город Астана, р-н Есил, ул. Орынбор, д. 11
Тел.: (7172) 27-09-99, (7172) 27-09-81
БИН 961140000222, ИИК KZ026010111000033182, АО "Народный Банк Казахстана",
БИК HSBKKZKX, Кбе 16, E-mail: kazinmetr@kazinmetr.org, 87020000667@mail.ru

23.05.2016 № 21-02/3541

ТОО «МедАспапОптика»
г. Алматы, пр. Суюнбая, 19,
тел/факс: 8 (727) 382-19-33, 3821936

РГП «КазИнМетр», рассмотрев письмо от 14.03.16 г. исх. № 82, сообщает следующее.

На основании экспертизы представленной технической документации и решения Научно-технической комиссии по метрологии Комитета технического регулирования и метрологии (протокол № 9 от 20.05.2016 г.) индикатор внутриглазного давления через веко цифровой портативный, модификации ИГД-02 «ПРА», ИГД-03, производства АО «Государственный Рязанский приборный завод», Россия не относится к средствам измерений и не подлежит внесению в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан.

Заместитель
генерального директора **Д. Черкашин**

Исп. Акылбаев М.
тел. 27-09-42

009048